制造商	批号	有效期至	赋值	范围（2SD）
2	Randox—multi asy control 5	1309UE	2020-10	20.0mmol/L	17.0-23.0 mmol/L

测试试剂	R1与R2均为无色透明溶液，无悬浮物及沉淀物。		符合要求	√		
装量测定	不低于标示值。	40	R1	33.0ml	√	
			R2	9.0ml	√	

线性偏差测定	在340nm处，光径1cm时，A≤0.4时≤0.02		0.0150	√	线性偏差
	在340nm处，光径1cm时，测量1mmol/L校准品				
	样品稀释后测定结果与理论值之间的偏差≤10%				
重复性CV≤5%				√	
基质测定	基质测定的步骤及应符合说明书	《说明书》		√	标准测定步骤及