


# 临床生化质控血清出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求: 苏械注准 20172400256

检验日期: 2023.04.23

血清批号: 2230320U

检测项目	检测方法	检测结果	检测范围	结果
总蛋白	双缩脲法	65.2g/L	60-80g/L	合格
白蛋白	溴酚蓝比色法	42.5g/L	35-55g/L	合格
球蛋白	差减法	22.7g/L	15-30g/L	合格
总胆红素	钒钼黄法	12.5μmol/L	0-20μmol/L	合格
谷丙转氨酶	速率法	15.2U/L	0-40U/L	合格
谷草转氨酶	速率法	18.5U/L	0-40U/L	合格
肌酐	速率法	68.5μmol/L	0-133μmol/L	合格
尿酸	速率法	320.5μmol/L	0-428μmol/L	合格
甘油三酯	速率法	1.25mmol/L	0-1.69mmol/L	合格
总胆固醇	速率法	4.52mmol/L	0-6.47mmol/L	合格
高密度脂蛋白胆固醇	速率法	1.15mmol/L	0.7-1.55mmol/L	合格
低密度脂蛋白胆固醇	速率法	2.85mmol/L	0-5.18mmol/L	合格
载脂蛋白A	速率法	1.85g/L	0.7-1.6g/L	合格
载脂蛋白B	速率法	1.25g/L	0.6-1.3g/L	合格



检验员: [Signature]

审核员: [Signature]

日期: 2023.04.23