编号：YNH/AJ-15-33-2016

生化分析仪用清洗液/剂出厂检验报告

试剂名称：SBD 清洗液　　试剂批号：22503111

检验日期：2025.05.15　　试剂规格：5L×2

检验项目	要求	检验结果	结果判定
净空零漂实	不低于标示值	5.05L	√
消泡十	消泡率大于 90%。	98.6%	√