

编号: YNH/AJ-15-33-2016

生化分析仪用清洗液/剂出厂检验报告

试剂名称: NCH清洗液

试剂批号: 220421

检验日期: 2025.04.22


试剂规格: 40 型(R1:10ml×4, R2:10ml×4)

检验项目	要求	检验结果	结果判定
外观检查	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√
净含量测定	不低于标示量。	R1:≥1.0ml R2:10.0ml	√

检验地点: 云南新华仪器设备有限公司 检验日期: 2025.04.22

检验人: 李强

复核人: 王明



检验人: 李强

复核人: 王明

检验人: 王明