

编号: YNH/A3-15-33-2016

生化分析仪用清洗液/剂出厂检验报告

生产厂家: 上海三友仪器

使用科室: 检验科

检验日期: 2016.12.14

检验地点: 上海三友仪器有限公司

检测项目	要求	检测结果	检测单位
外观性状	无色透明液体, 无沉淀, 无杂质	符合要求	
pH值测定	不低于10.0	10.15	
电导率测定	20℃时电导率 $> 100 \mu S/cm$	1200 $\mu S/cm$	
化学稳定性	20℃时电导率 $> 100 \mu S/cm$	符合标准	
腐蚀性	符合标准	符合标准	

检验员: 张三

审核员: 李四

批准人: 王五