编号：YNH/AJ-15-51-2017

γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒出厂检验报告

外观检查	均无悬浮物及沉淀物。	符合要求	√	
		R2	9.0ml	√
分析灵敏度	在 405nm 处，光径 1cm 时，测量 50U/L 的 γ-谷氨酰基转移酶时，吸光度变化率△/min≥0.01。	0.017	√	
	使用校准品校准生化分析仪和试剂后，测定质控品，	质控 1	0.00%	
			-1.85%	
			-5.56%	
性测定	CV≤5%。	4.78%	√	重复
		浓度 2	3.51%	