编号：YNHYAJ-15-51-2017

γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒出厂检验报告

检验日期：2025-05-26　　试剂盒批号：225052

生化分析仪：DS-401　　生化分析仪号：DS-126888

检验品	Randox human asy control 3	2026-10	137U/l	150-201U/l	符合

在405nm处，光径1cm时，测量50U/L的γ-谷氨酰			
使用校准品校准生化分析仪和试剂后，测定质控品，	1.85%	√	准确性测定
浓度1	2.46%		
浓度3	9.13%	√	线性测定
0.67U/l			
浓度3	250U/L		
检验是否合格。	合格		结论