编号：YNH/AJ-15-43-2017

钙检测试剂盒（偶氮胂III法）出厂检验报告

160ml（40）	R：40ml×4	STD：3ml×1			
校准品	Sinnowa	2250508	2026-11-07	2.5mmol/L	
检测样品	用纯净水配制的标准溶液	360nm×20mm		2.24Amol/L	
检测样品	5mmol/L标准溶液	360nm×20mm	加入R	4.65mmol/L	加入R后测mmol/L

在660nm处，光径1cm时，测量1mmol/L的钙时，

能够表现出来的吸光度

（检验专用章）