编号：YNH/AJ-15-54-2011

超敏C反应蛋白测定试剂盒（干化学法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20142400556

型号	规格
160ml(40型)	R1：32ml×4 R2：8ml×4

	制造商	批号	有效期至	靶值（U/L）	范围（U/L）
质控品水平2	Randox human acy control 2	13001E	2026.10	5134U/L	4107-6161U/L

准确度测定	测定质控品，相对偏差不大于10%。	3.10%		
精密度测定	批内精密度CV≤5%。	3.03%	√	
	批间精密度R≤10%。	/	/	
	在线性范围内，线性误差（用相关系数表示）应不小于0.9900。	0.9945	√	
可溶性固体	线性相对偏差不超过10%			
结论	检验是否合格。	检验人员：	合格	