编号：YNH/AJ-15-55-2011

直接胆红素（偶氮法）测定试剂盒（干燥型）

检验日期：2023.02.18　　试剂盒批号：2230214

生化仪机型：DS-401　　生化仪编号：DS1KS001

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	R1为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物。 R2为淡黄色透明液体，无悬浮物及沉淀物	符合要求	√

（100-320）μmol/L范围内，线性相对偏差不超过±10%。	10μmol/L； 浓度3	8.85μmol/L	√	
	浓度4	4.91μmol/L	√	