编号：YNHAL15-66-2017

总蛋白测试试剂盒（双缩脲法）出厂检验报告

检验日期：2015.05.20　　试剂盒批号：[illegible]

生化仪机型：DS-401　　生化仪编号：DS1KS001

检验规格：

示号	规格
160ml（40）+R：40ml×4　STD：1ml×1	

		符合要求	√		
量测定	40	40.0ml	√		净含量
	3	-3.09%			
定	CV≤5.0%	0.12%	√		批间精密度测定
	R≤5.0%				批间精密度测定
在试剂测量范围内，线性相关系数，应不小于0.9950		0.9996	√		
无色或淡灰色透明液体。		符合要求	√		标准液外观检查
相对偏差应小于10%。		0.2%	√		
瓶间变异系数不超过5%			√		标准液的一致测定