编号：YNH/AJ-15-50-2017

甘油三酯检测试剂盒（酶法）出厂检验报告

外观检查	R1 和 R2 均为无色或淡黄色透明液体，无悬浮物及沉淀物。	符合要求	√	
测定	测量参考物质，相对偏差≤±15.0%	0.57%	/	准确度
测定	批内精密度 CV≤5%。	1.90%	/	精密度
	批间精密度 R≤10%。	/	/	
	测定参考物质，回收率 90.0%~110%	81	6.82	线性
		浓度 2	6.80%	/