

编号: YNH/AJ-15-50-2017

盐城一联仪器有限公司生产、销售的“普乐”牌
百菌二酚唑啉类消毒剂(凝胶)出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏械注准 20172401825

检验日期: 2025-05-09

试剂盒批号: 2250507

生化仪机型: D8-401

生产厂家名称: 普乐消毒剂

生产厂家地址: 江苏省盐城市阜宁县

生产厂家生产许可证编号: 苏械注准 20172401825

出厂日期: 2025-05-09

检验日期: 2025-05-09

品名: 普乐

规格

Model: 350 3ml, 750 6ml, 1500 12ml, 3000 24ml

批号

日期

合格判定

判定

判定日期

检测项目	检测方法及判定标准	检测结果	判定	判定日期
外观	目视, 凝胶状, 无杂质, 无异物	符合规定	合格	2025-05-09
性状	无色半透明凝胶	符合规定	合格	2025-05-09
理化	在 500nm 处, 直径 100μm 时, 测得透射率为 0.0001	0.0001	合格	2025-05-09
理化	在 510nm 处, 直径 100μm 时, 测得透射率为 0.0001	0.0001	合格	2025-05-09

检测人

日期

普乐



检测人: 08718

日期: 2025-05-09

检测人: 08718