编号：YNFJ/AJ-15-02-2012

血小板分析仪检定用稀释液电子称称量记录

设备信息：

仪器名称	血小板分析仪	PH计
仪器型号	PL-12	PHS-3C
仪器编号	P2HH001C	600408N0016120543

		检测结果				结果判定
		检测1	检测2	检测3	均值	合格（√）不合格（X）
空白值	RBC≤0.03×10¹²/L	0.00	0.00	0.00	0.00	√
	PLT≤10×10⁹/L	0	0	0	0	√

结论：检测量不合格

检定人：　　审核人：