

编号: 2024011502202

血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

委托方: 上海科华生物工程股份有限公司

受托方: 上海科华生物工程股份有限公司

检测项目: 外观、pH值、空白值

检测日期: 2024.01.15

检测地点: 上海科华生物工程股份有限公司

检测人员: 张华

审核人员: 李华

检测项目	要求	检测结果				判定
		批1	批2	批3	批4	
外观	无色透明液体, 无悬浮沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				✓
pH值	2.0±0.1	2.1	2.1	2.1	2.1	✓
空白值	RBC $\leq 0.05 \times 10^{12}/L$	0.00	0.00	0.00	0.00	✓
	PLT $\leq 10 \times 10^9/L$	0	0	0	0	✓



检测人: 张华 日期: 2024.01.15 审核人: 李华 日期: 2024.01.15