检测日期：	2023-03-13	试剂盒批号：	2230513
生化仪机型：	DS-401	生化仪编号：	DS1K5001
紫外可见分光光度计型号：	L5	紫外可见分光光度计编号：	DT3015020215050006

160ml（40 型）	R1：33ml×4	R2：8ml×4	校准品：9ml×4		
国家标准品	中国食品药品检定研究院	360033		22.6umol/L	
质控品水平	Randox humatrol centra 12	1604UD	2028-02	30.4umol/L	
外观检查	R1为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物。			符合要求	√
			R1	33.0 ml	
			水平 2	-3.35%	
线性范围测定	0-100μmol/L 范围内，线性绝对偏差不超过 10μmol/L；(100-500)μmol/L 范围内，线性相对偏差不超过 10%。		浓度 2	2.31%	√
			浓度 3	2.97μmol/L	√
			浓度 4	6.86μmol/L	√
			浓度 5	3.47μmol/L	√