编号：YNH/AJ-15-57-2017

尿素检测试剂盒出厂检验报告（酶偶联监测法）

检验日期：2023-01-17　　试剂盒批号：2230113

	制造商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）	
质控品	Siemens	2230113	2023-01-19	7.75mmol/L	/	
校准品	中国食品药品检定研究院	100082	/	3.08 mmol/L		有
质控品水平 1	Randox Rand assy control 2	1693UN	2028-03	7.03mmol/L	5.98-8.08 mmol/L	质控

重测点	不同日测试值					
50	R1	/	/			
	R2	/	/			

批间差 R≤10%。	9%	√		
在 0.4-10mmol/L 范围内，线性绝对偏差不超过±	浓度 1	1.45%		线性测定
	浓度 2	3.11%		