编号：YNHAL15-57-2017

试剂盒规格：

量测定		R2	9.0ml	√
度测定	在 340nm 处，光径 1cm 时，测量 1mmol/L 的尿素时，吸光度变化△$A_{mmol/L}$ ≥0.02。		0.026	√
定	相对偏差≤±15%。		1.00%	√
	重复性 CV≤5%。	水平 1	1.04%	