计型号	PHS-3C	PH 计编号	60040X0C6130366		PH
立生化仪机型：	3100	日立生化仪编号：	162292		日立

号	规格	型号	规格	型
称	R2 9.0ml	称	R1 10.0ml	称

检项目	要求	结果	判定	检
	R1 为无色透明液体，R2 为无色或淡黄色透明液			
剪刃	R1			
	R2	9.0ml	√	
	R1	/	/	
	R1 试剂的 PH 值的范围是 9.80-10.80	10.21	√	PH 测定
	在 405nm 处，光径 1cm 时，测量 120U/L 的 ALP			
	100U/L（100-750nU/L 范围内）线性相对偏差	绝对偏差	√	准确度测定
	批内精密度 CV≤5%。	1.57%	√	精密度测定
	批间精密度 R≤10%	2%	√	
	线性相关系数 r 应不小于 0.9900。	0.9999	√	
	浓度 1	2.28%	√	