编号：YNH/AJ-15-54-2017

碱性磷酸酶检测试剂盒（对硝基酚磷酸盐连续监测法）出厂检验报告

检验日期：2022.06.20　　试剂批号：220624

D 系列生化仪机型：DS-401　　D 系列生化仪编号：DS1KS001

紫外可见分光光度计型号：E5　　紫外可见分光光度计编号：0770153020215050006

PH 计型号：PHS-3C　　PH 计编号：600408N0016120566

试剂盒规格：

型号	规格

测定	批内精密度 CV≤5%。	2.13%	√
	线性相关系数 r 应不小于 0.9990。	0.9998	√
	检验是否合格	是√ 否	结论