检验项目	要求	结果	判定	
外观检查	R1 为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物。	符合要求	√	
净含量测定	不低于标示值。	40 毫	R2 9.0ml	√
空白吸光度测定	在 450nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度 A≤0.500。	0.0185	√	
精密度测定	CV≤3%。	1.51%	√	批内
精密度测定	R≤10%。	/	/	批间
线性测定	10umol/L：(100-300)umol/L 范围内，线性相对偏差不	浓度 3 2.16umol/L	√	线性
检验是否合格。		合格		结论

复核人：_____ 检验人：_____