编号：YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

净含量	不低于标示值。	5.02L	5.03L	5.02L	5.03L	√
	SBD 清洗液：25±1℃，pH≥12；	检测温度：25.0℃				
	血小板分析仪专用稀释液：25±1℃，pH=7.0±0.30。					
空白值	血小板分析仪专用稀释液：RBC≤0.05×10⁶/L	0.00	0.00	0.00	0.00	√

检验人：　　复核人：　　批准人：