分析灵敏度	在600nm处，光径1cm时，测量1mmol/L的低密度脂蛋白胆固醇时，$\Delta A_{mono}>0.03$	0.1663	√
		1	0.87%

	测定（2.50±0.50）mmol/L 的样本，所得结果的相		
	关信息应满足：K≤3.0；		
1.00.3.10.01. 相关系数应不小于0.9950。		0.9998	√

重复测定		0.2%	√		校准品