编号：YNH/AJ-15-55-2011

吉按照红表（胆酸快法）测定试剂盒出厂检验报告

检验项目	要求	结果	判定
外观	无色透明液体	符合要求	√
装量	不小于标示量	合格	√
线性	在线性范围内，线性误差（回归关系数表示）应不小于0.990。	0.9991	√
准确度	回收率应在参考值，相对偏差应不超过±10%。	98.61%	√
精密度测定	批内精密度 CV≤5%。	1.93%	√
	批间精密度 R≤10%。	/	/
线性	在线性范围内，线性误差（回归关系数表示）应不小于0.990。	浓度1 2.42%	√
	0-100μmol/L 范围内，线性误差应不超过±10%。	浓度2 2.79%	√
准确度	回收率应在参考值，相对偏差应不超过±10%。	8.58	√
精密度	瓶内：CV≤5%。	1.12%	√
	瓶间：CV≤8%。	1.00%	√