


编号: YNH/AJ-15-02-2012

# 血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验依据: 国家器械类产品技术要求

|      |          |                   |
|------|----------|-------------------|
| 仪器编号 | P2HH001C | 600408N0016120545 |
|------|----------|-------------------|

| 检验项目 | 要求  | 检验结果  |       |       |       | 结果判定<br>合格(√)<br>不合格(×) |   |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---|
|      |   | 检测1   | 检测2   | 检测3   | 均值    |                         |   |
| 外观   | 无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。                                 | 符合要求  |       |       |       | √                       |   |
| 净含量  | 不低于标识值  | 5L    | 5.03L | 5.03L | 5.02L | 5.03L                   | √ |
| pH值  | 6.5~8.5, 7.0~8.5                                      | 7.23  | 7.24  | 7.23  | 7.23  |                         |   |
| 空白值  | 白细胞计数×10 <sup>9</sup> /L<br>PLT≤10×10 <sup>9</sup> /L | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |                         |   |
| 渗透压  | 渗透压≤100%  | 80.1% |       |       |       |                         |   |
| 结论   | 检测项目符合  | 合格    |       |       |       |                         |   |



检验人: 李强

复核人: 张美

审核人: 王明