

编号: 2020/AJ1506-0010

### 血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告


检验依据: 医疗器械产品技术要求

生产型号: 2020-002  
配套设备/试剂: 20130010

检测项目: 20130010  
检测地址: 100000

报告号: 20201001 | 报告日期: 20201001

检测项目	要求	检测结果				符合性
		第1次	第2次	第3次	第4次	
清洗液	清洗液水溶液	7.15	7.16	7.14	7.14	✓
pH值	7.0±0.2	检测温度: 25.0℃				✓
	RBC < 0.03 × 10 <sup>9</sup> /L	0.00	0.00	0.00	0.00	✓



检测单位: 北京中仪时代科技发展有限公司