

血细胞分析用稀释液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号 苏宁械备 20140023

检验日期:	2014.04.11	检验地点:	2014.04.11
送检单位:	44370	检测项目:	稀释液
生产单位名称:	苏宁	生产厂家:	苏宁
原辅料:		检测方法:	化学法
品名:	稀释液	检测标准:	YY0505
规格:	100ml	检测日期:	2014.04.11

项目	规格	检测结果	判定
外观	无色透明液体	无色透明液体	合格
pH值	6.5-7.5	7.2	合格
渗透压	280-320 mOsm/L	300 mOsm/L	合格
电导率	≤ 1000 μS/cm	500 μS/cm	合格
细菌内毒素	≤ 0.5 EU/ml	0.1 EU/ml	合格
无菌	符合规定	符合规定	合格
稳定性	符合规定	符合规定	合格

检验结论: 该批稀释液符合 YY0505 的要求, 准予出厂。

检验员: [Signature]

审核员: [Signature]

日期: 2014.04.11

