

总胆固醇检测试剂盒(氧化酶法)出厂检验报告

检验日期: 2025-04-23

试剂盒批号: 2250421

生化仪机型: DS-100

生化仪编号: DS100S00

生产企业名称: 上海科华

生产企业地址: 上海浦东新区

生产企业电话: 021-58900000

试剂名称:

性状: 液体

规格:

贮存条件: 2-8℃避光保存

批号: 2250421 规格: 1000000 效期: 2026-03

品名	规格	批号	效期	检测值	参考范围
质控品	Sinnowa control 2	2230320U	2026-03	3.85mmol/L	3.47-4.24mmol/L

检测方法:

原理:

试剂:

仪器:

试剂组成:

试剂盒内含有总胆固醇检测试剂, 不含防腐剂及沉淀物。

包装规格:

规格:

数量:

试剂有效期:

有效期至: 2026-03-31

批号:

R1

32.5ml

√

批号:

批号:

批号:

检测结果:

检测结果: 合格

批号:

批号:

批号:

线性测定

[0.5-2.0]mmol/L 范围内, 线性绝对偏差不得超过 ±0.2mmol/L;
(2.0-20.0]mmol/L 范围内, 线性相对偏差不得超过 ±10%。

浓度 2

0.62%

√

浓度 3

8.79%

√

浓度 4

0.00%

√

浓度 5

0.19mmol/L

√

外观检测

无色透明液体

符合规定

合格

无菌检测

符合 GB 19130 规定, 无菌检测结果符合规定

符合规定

合格

