

编号: YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称: 血小板分析仪专用清洗液

试剂批号: 22509221


生产日期: 2022.09.21

有效期至: 2023.09.21

项目	规格	检测结果				判定
		检测1	检测2	检测3	检测4	
外观	无色透明黄色澄清液体, 不含颗粒物、絮状或凝胶状物质。	符合规格				合格
pH值	SBD清洗液: $25 \pm 1^\circ\text{C}$, $\text{pH} \geq 12$; SBD清洗液: $25 \pm 1^\circ\text{C}$, $\text{pH} = 7.80 \pm 0.05$; 血小板分析仪专用清洗液: $25 \pm 1^\circ\text{C}$, $\text{pH} = 7.00 \pm 0.50$; HB-3D血细胞分析仪用清洗液: $25 \pm 1^\circ\text{C}$, $\text{pH} = 7.10 \pm 0.20$ 。	检测温度: 25.0°C				
		7.12	7.13	7.13	7.13	合格
	HB-3D血细胞分析仪用清洗液: $\text{WBC} \leq 0.3 \times 10^9/\text{L}$	-	-	-	-	合格

注: 以上检测结果均符合规格要求, 特此报告。

注: 以上检测结果均符合规格要求, 特此报告。



检测人: 李金平

复核人: 李金平

审核人: 李金平