

肌酸激酶同工酶检测试剂盒（免疫抑制法）出厂检验报告

产品名称: 肌酸激酶

生产批号: 20170610

生产日期: 2017.06.10

型号:

规格:

100 次/盒

200 次/盒, 500 次/盒

制造商:

产地:

有效期:

温度:

湿度: 10%

试剂盒: Wako 2299D Control

质控品: Bando CX-MB control

4.0U/L

25.7U/L

150U/L

112.5U/L

符合标准:

4.0U/L~150U/L

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

灵敏度:

批内精密度 CV<3%

批间精密度 CV<10%

在说明书规定范围内, 对临床检测标本, 重复性 CV<10%

稳定性:


在说明书规定范围内, 批内批间 CV<10%

在说明书规定范围内, 批内批间 CV<10%

结论: 符合出厂标准。

日期:

年 月 日



第 1 页