外观检查	无色透明液体，无侵入污染，颗粒物和絮状物	符合要求	
净含量测定	不低于标示值。	R1:41.0ml R2:10.0ml	√
pH 值测定	SBD 清洗液：25±1℃时的 pH 值应≥12； FACS 清洗液：25±1℃时的 pH 值应为 7.35-7.85。	检测温度：—℃	—