编号：YNH/AJ-15-55-2011

直接胆红素（钒酸盐法）测定试剂盒出厂检验报告

紫外可见分光光度计型号：E5　　紫外可见分光光度计编号：07/015020215050006

试剂盒抽检规格：

型号	规格

校准品	Sinnowa	2251021	2026-10-20	19.0μmol/L		

分析灵敏度测定	在 450nm 处，光径 1cm 时，△A_{450}≥1.5×10⁻³。	2.089×10⁻³	√		
精密度测定	批内精密度	CV≤3%。	1.86%	√	
	批间精密度	R≤10%。	/	/	
	在线性范围内，线性校正（相关系数表示）应不小于 0.9900。		0.9994	√	