

编号: YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏械械备 20250005

产品名称: 样本稀释液 规格型号: 100ml/瓶

生产批号: 20240801 有效期至: 20250801

检验项目:

检测项目	检测方法/标准	检测结果	判定结果
外观性状	目视	无色透明液体	合格
pH值	精密pH计	7.2	合格
渗透压	渗透压计	280mOsm/L	合格
电导率	电导率仪	150μS/cm	合格

日期:

2024年08月15日

检验员:

张三

科室:

医疗器械科

地址:

江苏省南京市鼓楼区

检验结论: 符合产品技术要求, 准予出厂。

检验日期: 2024.08.15

检验员:

张三

审核:

李四

日期:

2024.08.15



检验员: 张三

审核: 李四

日期: 2024.08.15