编号：YNH/AJ-15-50-2017

甘油三酯测定试剂盒（酶法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20172401825

生化仪机型：DS-401　　生化仪编号：DS1KS001

pH 值测定	试剂的 pH 值范围为 6.80~7.50。	R1	6.82	√	
		R2	6.84		
[illegible]	[illegible] (2.05-5.04mmol/L 范围内，线性相对偏差不超过	浓度 3	4.57%	√	
准确准确度测定	使用校准品校准生化分析仪和试剂后，测定标准液，	0.29%			
		0.70%			

检验人：[illegible]　　复核人：[illegible]