编号：YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称：血小板分析仪专用清洗液　　试剂批号：22512261

检验日期：2025.12.31　　试剂规格：1L、5L

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
pH 值	SBD 清洗液：25±1℃，pH≥12 RET 清洗液：25±1℃，pH=7.80±0.05； 血小板分析仪专用清洗液：25±1℃，pH=7.00±0.50； HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：25±1℃，pH=7.10±0.20。	检测温度：25.0℃ 7.12	7.13	7.13	7.13	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：WBC≤0.3×10⁹/L	—	—	—	—	