

编号: YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏镇械备 20240098

检验日期: 2026-01-20

检测项目: 202601000

产品型号: YNH-1

生产厂家/名称: YNH-1

规格型号: YNH-1

设备号: YNH-1

序号	检测项目	技术要求	检测结果	判定
1	外观	外观无异物, 无破损	符合	合格
2	pH值	6.5-7.5	7.2	合格
3	电导率	≤ 2.5 × 10 ³ S/cm	0	合格
4	细菌内毒素	≤ 0.5 EU/mL	0	合格


检测项目	要求	检测结果				判定
		检测1	检测2	检测3	检测4	
外观	外观无异物, 无破损, 密封完好	合格	合格	合格	合格	合格

检测项目	要求	检测结果				判定
		检测1	检测2	检测3	检测4	
pH值	6.5-7.5	7.1	7.2	7.3	7.4	合格

检测项目	要求	检测结果				判定
		检测1	检测2	检测3	检测4	
电导率	≤ 2.5 × 10 ³ S/cm	0	0	0	0	合格

检测项目	要求	检测结果				判定
		检测1	检测2	检测3	检测4	
细菌内毒素	≤ 0.5 EU/mL	0	0	0	0	合格

检测项目	要求	检测结果	判定
电导率	≤ 2.5 × 10 ³ S/cm	0	合格



检验人: 张强

复核人: 李华

批准人: 周琪