编号：YNH/AJ-15-57-2017

总胆固醇检测试剂盒(酶偶联比色法)出厂检验报告

[illegible]

校准品	Shimowa	2260127	2027-01-20	7.14mmol/L	
有证参考物质	中国食品药品检定研究院	360012	/	5.68 mmol/L	

[illegible]

重复性测定	重复性 CV≤5%。	水平 1	1.02%	√			
		水平 2	0.75%				
	批间差 R≤10%。	/		/			

线性测定	[illegible] 0.4 mmol/L；(4.0-35.7)mmol/L 范围内，线性相对偏差不超过±10%。	浓度 2	6.17%	√			线
		浓度 3	3.31%				
		浓度 4	0.27mmol/L				
		浓度 5	0.24mmol/L				
液外观检查	无色透明液体。	符合要求		√			标准液
正确度测定	量值溯源的正确度应符合 $\lvert E_n \rvert \leq 1$	0.12		√			标准液正
均匀性测定	瓶内：CV≤5%。	0.22%		√			标准液均
	瓶间：CV≤5%。	0.12%					

[illegible]