净含量测定	不低于标示值。	40	40.0ml	√
		STD	2.1ml	√
空白吸光度测定	在[540nm处，光径[ccm时，空白吸光度A≤0.800。	0.2045		√
分析灵敏度测定	吸光度变化ΔA_{4min} ≥0.02。			
线性测定	[0.5-0.5]mmol/L 最简因，线性绝对偏差不超过	浓度 2	3.36%	
	0.05mmol/L；	浓度 3	6.36%	√