

血小板分析仪专用质控品（低值）靶值表

批号：2260121 规格：2ml

生产日期：2026-01-21 使用期限：2026-07-20

项目	靶值	范围	单位
PLT	100	80-120	10 ⁹ /L

血小板分析仪专用质控品（中值）靶值表

批号：2260121 规格：2ml

生产日期：2026-01-21 使用期限：2026-07-20

项目	靶值	范围	单位
PLT	200	180-220	10 ⁹ /L

血小板分析仪专用质控品（高值）靶值表

批号：2260121 规格：2ml

生产日期：2026-01-21 使用期限：2026-07-20

项目	靶值	范围	单位
PLT	400	380-420	10 ⁹ /L