紫外可见分光光度计型号：　UV　　紫外可见分光光度计编号：　07701502021505050006

PH 计型号：　PHS-3C　　PH 计编号：　600408N0016120566

型号	规格
160ml(40)	R1：32ml×4　R2：8ml×4　STD：2ml×1

pH 值测定		R2	7.47	
	在试剂测量范围内，线性相关系数 r 应不小于 0.9900。	0.9995		√
	[2.2-4.7]mmol /L 范围内，线性绝对偏差不超过± 0.47mmol /L；	浓度 1	1.48%	√
		浓度 2	5.30%	√
准确性测定	使用校准品按样品检测步骤分析仪和试剂后，测定标准液，相对偏差应不大于±10%。	-0.06%		√