编号：YNHAI-15-51-2017

γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒出厂检验报告

（L-γ-谷氨酰-3-羧基-对硝苯胺法）

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20182401591

生化仪机型：DS-401　　生化仪编号：DSIKS001

紫外可见分光光度计型号：L5　　紫外可见分光光度计编号：0770150202150500006

试剂盒抽检批号：

外观检查	R1为无色透明液体，R2为无色或淡黄色透明液体，均无悬浮物及沉淀物。		符合要求	√	
净含量测定	不低于标示值。	40	R1	33.0ml	√
			R2	9.0ml	√
空白吸光度测定	在 405nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度 A≤0.800。		0.3675	√	
准确性测定	使用校准品校准生化分析仪和试剂后，测定质控品，相对误差≤±15%。		质控 1	-1.85%	
				3.70%	
线性测定	110-500IU/L 范围内，线性绝对偏差不超过 5 IU/L；(50-450IU/L 范围内，线性相对偏差不超过 10%。		浓度 1	0.82%	
			浓度 2	3.65%	
			浓度 3	1.62%	√
			浓度 4	0.33IU/L	