编号：YNH/AJ-15-60-2017

天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（IFCC 法）出厂检验报告

160ml(40)	R1：32ml×4　R2：8ml×4				
	制造商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）
校准品	Sinnowa	2230404N	2026-04	71U/L	/
质控品 2	Sinnowa control 3	2230320U	2026-03	160U/L	128-192U/L
分析灵敏度	吸光度变化 $\Delta A_{U/L}$/min≥2×10⁻⁴。	4.34×10⁻⁴	√		
准确性测定	相对偏差应不大于±15%。	-0.52%	√		
重复性测定	批内精密度 CV≤5%。	质控品 1	3.53%	√	
		质控品 2	3.66%		
	批间精密度 R≤10%	2%	√		