编号：YNH/AJ-15-44-2017

总胆固醇检测试剂盒（氧化酶法）出厂检验报告

试剂盒规格型号：

型号	规格
160ml(42)	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
有证参考物质	卫生部临检中心	GBW09179	/	4.33mmol/L	

检验项目	要求	结果		判定
外观检查	R1 和 R2 均为无色或淡黄色透明液体，无悬浮物及沉淀物。	符合要求		√
净含量测定	不低于标示值。	40	R2	9.0 ml	√
			STD	2.2ml	√

	[illegible] 0.9900。			
线性测定	[0.5-2.0]mmol/L 范围内，线性绝对偏差不超过±0.2mmol/L；(2.0-20.0]mmol/L 范围内，线性相对偏差不超过±10%。	浓度 1	5.31%	√
		浓度 2	4.71%	√
		浓度 3	9.59%	√
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		浓度 5	0.15mmol/L	√